
PE 12/2025 SRP - proposta para análise - LABOMINAS

3 mensagens

Pregão - UNIFAL-MG <pregao@unifal-mg.edu.br>
Para: Edmêr Silvestre Pereira Júnior <edmer.pereira@unifal-mg.edu.br>

29 de abril de 2025 às 08:56

Prezado Prof. Edmer, bom dia.

Estou encaminhando, em anexo, proposta apresentada pela empresa primeira classificada no PE 12/2025 SRP, para análise e manifestação:

- ✓ Em caso de necessidade de informações complementares, favor solicitar.
- ✓ Em caso de não aceite de proposta o mesmo deverá ser devidamente justificado.

Aguardamos resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,

Leida Cristina Silva
PREGOEIRA/UNIFAL-MG
(31) 97331-0051 (WhatsApp)
Equipe do Pregão / Divisão de Compras
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG
CNPJ. 17.879.859/0001-15
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700
Centro - Alfenas-MG - CEP-37130-001
Tel. (35) 3701-9101 / 9102
Fax. (35) 3701-9104
e-mail: pregao@unifal-mg.edu.br
Site: www.unifal-mg.edu.br/licitacoes



 **Proposta_LABOMINAS.pdf**
718K

Edmêr Silvestre Pereira Júnior <edmer.pereira@unifal-mg.edu.br>
Para: pregao@unifal-mg.edu.br

5 de maio de 2025 às 08:05

Sua mensagem Para: Edmêr Silvestre Pereira Júnior Assunto: PE 12/2025 SRP - proposta para análise - LABOMINAS Enviada em: 29/04/2025, 08:56:48 BRT foi lida em 05/05/2025, 08:05:30 BRT

Edmêr Silvestre Pereira Júnior <edmer.pereira@unifal-mg.edu.br>
Para: Pregão - UNIFAL-MG <pregao@unifal-mg.edu.br>

5 de maio de 2025 às 08:05

Prezada Leida

Bom dia

Em análise com relação ao objeto solicitado:
Serviço de confecção de armação metálica de prótese parcial removível (composição em liga de cobalto cromo);

e a proposta enviada pela empresa Labominas: no descritivo do item mencionado pela empresa, insere-se materiais como placa de dentes, resinas termopolimerizáveis e autopolimerizáveis que não compõem o objeto descrito no edital.

Assim, salvo melhor juízo, o descritivo não está de acordo com o edital.

Atenciosamente

Edmer

[Texto das mensagens anteriores oculto]