

**LAUDO DE ENSAIOS LABORATORIAIS**

**CLIENTE:** STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.  
**ENDEREÇO:** RUA NIVALDO GUERREIRO NUNES, 731 – DISTRITO INDUSTRIAL  
**CIDADE:** UBERLÂNDIA / MG **TEL./FAX:** (19) 3805-7674  
**CONTATO:** SRA. GISELE  
**DATA DA COLETA:** 13/12/12 **DATA EMISSÃO DO LAUDO:** 02/01/13  
**HORÁRIO INÍCIO COLETA:** 09:35 **DATA DE FABRICAÇÃO:** FEVEREIRO/2011  
**HORÁRIO TÉRMINO COLETA:** 10:05 **DATA DE VALIDAÇÃO:** 14/12/12  
**DATA ENTRADA DA AMOSTRA:** 14/12/12 **COLETOR:** O INTERESSADO  
**CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:** TEMPERATURA: 13,0°C

**FITAS contendo *Bacillus stearothermophilus***  
**ATCC 7953 – LOTE: GST 412**  
**AUTOCLAVE BAUMER MWTS 1500LT-N.S: 052600005 – CICLO: 2514**

LAUDO / OS * Nº	UNIDADE	RESULTADOS EM 168 HORAS	MÉTODO
145201	Nº Fita A - Sob o resíduo	Ausência de crescimento	SGM STRIPP
145202	Nº Fita B - Entre o resíduo	Ausência de crescimento	SGM STRIPP
145203	Nº Fita C - Sobre o resíduo	Ausência de crescimento	SGM STRIPP
145204	Fita de Controle (*)	Presença de crescimento	SGM STRIPP

(\*) Lote: GST 412 – laboratório CEFAR com data de fabricação em FEVEREIRO/2011.

**METODOLOGIA DE ACORDO COM INSTRUÇÃO DO FABRICANTE: SGM BIOTECH.**

Os resultados das análises laboratoriais apresentadas se referem exclusivamente à amostra analisada.

**CONCLUSÃO**

A Autoclave Baumer MWTS 1500LT-N.S: 052600005 mostrou-se eficaz na esterilização, pois as fitas testadas lote GST 412 Fevereiro 2011 contendo *Bacillus stearothermophilus* ATCC 7953, apresentaram redução maior que 4 log<sub>10</sub> UFC/ml, conforme especificado na RDC ANVISA 306/2004.

**“ESTE LAUDO CANCELA E SUBSTITUI A EMISSÃO ANTERIOR”**

ANGELA MARIA FERREIRA  
COORDENADORA MICROBIOLOGIA  
CRB-1:10507-01

CHAVE DE AUTENTICIDADE: cbltr1k3jE0Fnxlrhc

Verifique a autenticidade deste laudo informando Laudo/OS, Emissão e chave em [www.cqa.com.br](http://www.cqa.com.br), link "Laudos Autênticos"  
Centro de Qualidade Analítica LTDA – desde 1987 - Laboratório ISO/IEC 17025:2005

Av. Júlio Diniz, 27 – Jd. N. S. Auxiliadora – Pabx/Fax: (19) 3241-1555 – CEP: 13075-420 – Campinas, SP – Brasil

Internet: [www.cqa.com.br](http://www.cqa.com.br) – vendas@[cqa.com.br](mailto:cqa.com.br) – ouvidoria@[cqa.com.br](mailto:cqa.com.br)

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE/INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0337

Veja o escopo em [http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe\\_laboratorio.asp?nom\\_apelido=CQA](http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe_laboratorio.asp?nom_apelido=CQA)

Habilitado ANVISA REBLAS-019: <http://www.cqa.com.br/arquivos/ANVISA-REBLAS-019.pdf>

Cadastrado no MAPA – Ensaio em Fertilizantes e Inoculantes: Veja o escopo completo em <http://www.cqa.com.br/arquivos/CQA-mapa.pdf>