



----- Site do Inmetro ----- ▼



Consulta

Acreditação Nº **127**
Data da Acreditação **22/10/1999**
Data de Validade do Certificado **22/10/2015**
Última Revisão do Escopo **04/11/2013**
Razão Social **VISOMES COMERCIAL METROLÓGICA LTDA.**
Nome do Laboratório **VISOMES METROLOGIA**
Situação **Ativo**
Endereço **RUA JOAQUIM DOS SANTOS, 325**
Bairro **CIDADE DUTRA**
CEP **04823080**
Cidade **SÃO PAULO**
UF **SP**
Telefone **(11) 5662 9911**
Fax **(11) 5666 9816**

Grupo de Serviço de Calibração **MASSA**
Gerente Técnico **RODOVAL RAIMUNDO FILHO**
Email rodoval@visomes.com.br

Descrição do Serviço	Faixa	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
----------------------	-------	--

(Realizados nas instalações do cliente)

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA

Balança	1 mg até 200 g	0,01 mg até 0,3 mg
	> 200 g até 500 g	0,3 mg até 1,1 mg
	> 500 g até 1200 g	1,1 mg até 3 mg
	> 1200 g até 10000 g	0,003 g até 0,03 g
	> 10 kg até 300 kg	0,03 g até 20 g
	> 300 kg até 500 kg	20 g até 60 g

Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.

3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.