



----- Site do Inmetro -----



Listar Laboratórios

Consulta Laboratórios

Consulta Serviço



Consulta

Acreditação Nº 127
Data da Acreditação 22/12/2003
Data de Validade do Certificado 22/10/2015
Última Revisão do Escopo 25/09/2012
Razão Social VISOMES COMERCIAL METROLÓGICA LTDA.
Nome do Laboratório VISOMES METROLOGIA
Situação Ativo
Endereço RUA JOAQUIM DOS SANTOS, 325
Bairro CIDADE DUTRA
CEP 04823080
Cidade SÃO PAULO
UF SP
Telefone (11) 5662 9911
Fax (11) 5666 9816

Grupo de Serviço de Calibração TEMPO E FREQUÊNCIA
Gerente Técnico RODOVAL RAIMUNDO FILHO
Email rodoval@visomes.com.br

Descrição do Serviço	Faixa	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
----------------------	-------	--

(Realizados no endereço acima)

MEDIDAS DE FREQUÊNCIA

Medidor de Frequência	até 3000 rpm	0,1%
	>3000 rpm até 90000 rpm	0,01%

(Realizados nas instalações do cliente)

MEDIDAS DE FREQUÊNCIA

Medidor de Frequência	até 3000 rpm	0,1%
	>3000 rpm até 90000 rpm	0,01%

(Realizados no endereço acima)

MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO

Medidor de Intervalo de Tempo	0 h até 6h	0,05s
-------------------------------	------------	-------

(Realizados nas instalações do cliente)

MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO

Medidor de Intervalo de Tempo	0 h até 6 h	0,05s
-------------------------------	-------------	-------

Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

