

BRASIL

Acesso à informação - Barra GovBr



----- Site do Inmetro -----



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

RBC
Rede Brasileira de Calibração

Listar Laboratórios

Consulta Laboratórios

Consulta Serviços



Voltar

Consulta

Acreditação Nº 171
Data da Acreditação 25/07/2001
Data de Validade do Certificado 01/01/2020
Última Revisão do Escopo 18/12/2015
Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Situação Ativo
Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333
Bairro PARQUE EMPRESARIAL
CEP 18520000
Cidade CERQUILHO
UF SP
Telefone (015) 3384-3000
Fax (015) 3384-3000

Grupo de Serviço de Calibração VOLUME E MASSA ESPECÍFICA
Gerente Técnico GERALDO VICENTE PIM
Email gero@gero.com.br

Descrição do Serviço	Faixa	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes)		
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA/DENSIDADE		
Densímetro de Vidro	0,650 g/mL até 1,950 g/mL	0,0003 g/mL
Densímetro Digital	(t entre 18 °C a 25 °C) 0,790 até 1,260 g/mL	0,00025 g/mL
Medição de Massa Específica de Líquidos com Picnômetro	0,620 g/mL até 1,840 g/mL	0,0002 g/mL
Medição de Massa Específica de Sólidos	1,3 g/mL até 23 g/mL	0,0025 g/mL
	1,3 g/mL até 23 g/mL	0,014 g/mL
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VOLUME DE LÍQUIDOS		
Butirômetro	Butirômetro para leite até 10% e para queijo até 40%	*0,008%
Dispensadores	5 mL até 100 mL	0,03%
Microvolume	1 µL até 30 µL	0,06 µL
	>30 µL até 500 µL	0,26 µL
	>500 µL até 10000 µL	0,03%
Picnômetro de Vidro	10 mL até 100 mL	0,01 %
	> 100 mL até 500 mL	0,016%

Seringa	0,1 mL até 0,5 mL	*0,07 µL
	> 0,5 mL até 150 mL	*0,02%
	> 150 mL até 200 mL	*0,05%
Titulador	5 mL até 100 mL	0,03 %
Vaso de Grande Capacidade	5 L até 25 L	0,025%
Vidraria de Laboratório	0,1 mL até 5000 mL	0,04 %

(Realizados nas instalações do cliente)

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA/DENSIDADE

Densímetro Digital	(t entre 18 ° C a 25 °C) 0,790 até 1,260 g/mL	*0,00025 g/mL
--------------------	---	---------------

(Realizados em unidades móveis)

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA/DENSIDADE

Densímetro Digital	(t entre 18 °C a 25 °C) 0,790 até 1,260 g/mL	0,00025 g/mL
--------------------	--	--------------

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VOLUME DE LÍQUIDOS

Dispensadores	0,1 mL até 50 mL	8 µL
	0,1 mL até 5.000 mL	0,025%
Microvolume	100 µL até 10.000 µL	8 µL
Vaso de Grande Capacidade	5 L até 25 L	*0,25%
Vidraria de Laboratório	0,1 mL até 50 mL	8 µL
	0,1 mL até 5.000 mL	0,025%

Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

