



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro**RBC****Rede Brasileira de Calibração**

Listar Laboratórios

Consulta Laboratórios

Consulta Serviços



Voltar

Consulta

Acreditação Nº 171
Data da Acreditação 25/07/2001
Data de Validade do Certificado 01/01/2020
Última Revisão do Escopo 18/12/2015
Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Situação Ativo
Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333
Bairro PARQUE EMPRESARIAL
CEP 18520000
Cidade CERQUILHO
UF SP
Telefone (015) 3384-3000
Fax (015) 3384-3000

Grupo de Serviço de Calibração ACÚSTICA E VIBRAÇÕES
Gerente Técnico Geraldo Vicente Pim
Email geraldo@gero.com.br

Descrição do Serviço	Faixa	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
----------------------	-------	--

*(Realizados nas instalações permanentes)***TRANSDUTORES DINÂMICOS**

Acelerômetro	De 10 Hz até 63 Hz	* 2,5 %
	> 63 Hz até 2,5 kHz	* 1,8 %
	> 2,5 kHz até 6,3 kHz	* 2,5 %
	> 6,3 kHz até 10 kHz	* 5 %
Transdutor de Choque	De 9,8 m/s ² a 1000 m/s ²	3,5 %

Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de

medição calibrado.