

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 24Out17 NUMERO: 2017NE801834 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 EMITENTE : 153028/15248 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 CNPJ : 17879859/0001-15 FONE: (035) 3701-9077
 ENDERECO : RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700
 MUNICIPIO : 4031 - ALFENAS UF: MG CEP: 37130-000

CREDOR : 67774679/0001-47 - NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ENDERECO : ASSUNGUI 432 BOSQUE DA SAUDE
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 04131-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISIÇÃO DE BOMBA A VACUO - Pós GRADUAÇÃO INSTITUTO DE QUIMICA

PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

FRETE: CIF PROC ORIGEM: 2017DI00116

CLASS : 1 26260 12364208020GK0031 108126 0112000000 449052 153525 MDDPEO2040N

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO

AMPARO: LEI 8666 INCISO: 21 PROCESSO: 23087011233201787

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA DA DISPENSA: ART24/21 LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 7.047,08

SETE MIL E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 24Out17 NUMERO: 2017NE801834 PROCESSO: 23087011233201787
EMITENTE : 153028/15248 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
CREDOR : 67774679/0001-47 - NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 08 -APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LA

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	7.047,08
			VALOR DO SEQ. :	7.047,08

1,00000 Unidade

BOMBA DE VÁCUO

122861 - Bomba a vácuo de diafragma resistente a solventes orgânicos, dois cabotes e dois estágios. Alta eficiência de bombeamento tanto em alto quanto em baixo vácuo, cobertura com fluoroplástico em todas as partes em contato com o meio bombeado. Membranas feitas em PTFE. Silenciosa e de baixa vibração. Características básicas (aproximadas): Bombeamento de 2 m²/h. Vácuo final de 7 mbar. Presença de válvula Gás Ballast. Vácuo final com a válvula Gas Ballast aberta: 12 mbar. Potência do motor: 0,18 kW. Nível de emissão sonora: 43 dB(A). Grau de proteção: IP 40. Dimensões: 243 mm de largura x 243 de comprimento e 198 mm de altura. Conexões de entrada e saída: bocal da mangueira de DN 10 mm. Operação: 230 V, 50/60 Hz. Garantia mínima de 12 meses. Marca Vaccubrand, modelo MZ 2 NT, para atendimento a pesquisa. Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias. Das Sanções: Penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.

MARCA: Vaccubrand ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000060461

T O T A L : 7.047,08

PDC/
PROF PAULO MARCIO F SILVA
ORDENADOR
ROBSON PORTO PRADO
GESTOR FINANCEIRO