

Pergunta: Com relação ao edital do Comprasnet nº 1692018 item 2. placa eletrônica para equipamento Jar Test marca Nova Ética (Ethik technology) Código **ELE.015.05904** - Placa Fonte NECPU FT24V, V1R3 600 VM **110V**.

O fabricante não localizou o código de referência, porém encontrou outra muito similar mas com tensão 220v.

Por favor, peço a confirmação do código de referência da peça. Existem mais numerações?

Resposta: De fato tem um erro no código - código correto seria ELE015.059**14**.
Precisa ser 110V.