



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

**Pregão Eletrônico Nº 00058/2021**

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**33.069.212/0008-50 - MERCK S/A**

**Item Descrição**

1 Sistema ultrapurificação água

**Marca:** Milli-Q

**Fabricante:** Merck

**Modelo / Versão:** ZRQSVR3BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de ultrapurificação de água, com lâmpada UV e membrana de filtro com cartucho de ultrafiltração, com dispensador remoto, produção mínima de 3 litros por hora. Qualidade da Água Ultrapura tipo 1: Resistividade 18,2 mohms cm a 25 °C, taxa de fluxo de produção 3 L / h a 15 °C, vazão instantânea (com aplicação Pak filtro final) > 0,5 L / min. Qualidade da Água Pura (Tipo 3): Rejeição Iônica > 96%, Rejeição Orgânica para MW> 200> 99%, taxa de fluxo de produção 30 L / h. Dimensões (H x W x D) 54 x 29 x 38 cm (21,3 x 11,4 x 15 em), Peso líquido (sistema com lâmpada UV 185/254 nm) 8,6 kg, Peso líquido remoto dispenser 2,15 kg, Volume do reservatório interno 6 L, Alimentação de tensão eléctrica de 100-250 V + / - 10 %  
Apresentação: Caixa com 1 unidade Marca: Milli-Q Fabricante: Merck

**Unidade de Fornecimento**

Unidade

**Quantidade**

1

**Critério de Valor (\*)**

R\$ 38.297,5200

**Valor Unitário**

R\$ 22.700,0000

**Valor Global**

R\$ 22.700,0000

**Total do Fornecedor: R\$ 22.700,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 22.700,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o  
Relatório

Voltar